Наименование структурного подразделения:	**Отделение реабилитации**		
Названия документа:	**СОП «Алгоритм проведения высокочастотной терапии (Аппарат УВЧ 80)»**		
Утвержден:	Руководитель ГКП на ПХВ «ЛГП» Чалкаров А.Б.		
Дата утверждения:	.		
Разработчик:	*Должность*	*Ф.И.О.*	*Подпись*
	Вач реабилитолог	Калашникова И.В.	
	Медсестра физиотерапии		
Согласовано:	Заместитель гл.врача по лечебному делу	Анаркулова У.О.	
	Заместитель гл.врача по контролю качества мед.услуг	Рысбаев С.Т.	
	Врач эксперт		
Дата согласования:	04.01.2024г		
Дата введения в действие	04.01.2024г		
Версия №	**Копия №_____**	04 /01 / 2024г. Ф.И.О. _____ Подпись _____	

Дата последнего пересмотра «04» «01.» 2024г
Дата следующего пересмотра «_____» «_____» 2027г

Стандарт операционных процедур
Алгоритм проведения высокочастотной терапии (Аппарат УВЧ 80).

Аппарат для УВЧ-терапии «УВЧ-80» предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой частоты.
УВЧ терапия лечебный метод, при котором на ткани пациента воздействуют дистанционно непрерывным или импульсным электрическим полем ультравысокой частоты порядка (27,12 МГц) мощностью 80 Вт, регулируемая дискретно 7 ступенями.

1. Цель:
Лечебное применение электрического и магнитного поля ультравысокой частоты для восстановления деятельности органов и тканей, утративших нормальную функцию.

2. Лечебные эффекты:
-противовоспалительный;
-секреторный;
-сосудорасширяющий;
-миорелаксирующий;
-иммуносупрессивный;
-энзимстимулирующий.

3. Оснащение:
- 3 пары конденсаторных пластин размером 42 ,80 и 113 мм.
- Электрод вихревых токов, работающий на 3 ступени мощности(20вт).
- фиксаторы.
- 3% перекись водорода.
- Дезинфицирующее средство.
-

4. Показания:
- воспалительные заболевания, в том числе острые гнойные, процессы в различных органах и тканях;
-воспалительные заболевания матки ее придатков;
-острые и подострые воспалительные заболевания уха, глаз, зубов, миндалин и др;
-травматические повреждения и заболевания нервной системы (невралгии, каузалгии, плекситы, фантомные боли, вибрационная болезнь, травмы спинного мозга, полиомиелит и др.);
-сосудистые заболевания (облитерирующий эндартериит, острые и подострые тромбофлебиты, артериальная гипертензия 1 степени);

-трофические язвы, пролежни, длительно незаживающие раны, отморожения и их последствия;
-бронхиальная астма;
-ревматоидный артрит.
-климактерический и постклимактерический синдромы.

5. Противопоказания:

- лихорадочные состояния;
- кровотечения и наклонность к ним;
- злокачественные новообразования;
- системные заболевания крови;
- осумкованные гнойные процессы;
- сердечнососудистая недостаточность II и III степени,
- активный туберкулез;
- спаечная болезнь;
- беременность с 3-го месяца;
- выраженная гипотония;
- наличие кардиостимулятора в зоне воздействия.

6. Техника проведения процедуры:

1. Приветствовать пациента.
2. Объяснить пациенту суть проводимой терапии, технику безопасности с подписью пациента «ознакомлен» в ф 044/У.
3. Зарегистрировать данные пациента в журнале.
4. Определить параметры терапии, указанные в ф044/У(мощность, воздушный зазор, дозировка- нетепловая, слаботепловая, тепловая, продолжительность, курс лечения).
5. Электроды прибинтовать, а воздушной зазор создают с помощью прикладок нужной толщины.
6. Использовать мощность, согласно заданным параметрам до об Вт
7. Использовать нетепловые, слаботепловые, тепловые дозировки.
8. Лечение электрическим полем УВЧ можно повторить через 2-3

7.Алгоритм проведения процедуры на аппарате «УВЧ 80»

1. Во время проведения процедур УВЧ - терапии пациент должен лежать на кушетке, не читать, не разговаривать, не напрягаться, о неприятных ощущениях он должен сообщить медицинской сестре.
2. Процедуры УВЧ проводить через сухую одежду пациента, через марлевые и сухие гипсовые повязки. Нельзя проводить процедуры через одежду, влажные повязки. Нельзя проводить процедуры при наличии в области расположения

Запрещается неавторизованное

конденсаторных пластин металлических предметов величиной более 2х2 см, особенно расположенных вблизи крупных кровеносных сосудов и нервных образований.

3. Расположить конденсаторные пластины на определенном расстоянии (зазор) и в той области тела пациента, которая указана в назначении, пластины прочно фиксировать.

4. Установить соответствующую мощность воздействия и включить аппарат.

5. Настроить терапевтический контур в резонанс с генераторным, спрашивая пациента об ощущениях и наблюдая за стрелкой индикаторного прибора аппарата и свечением неоновой лампочки. При изменении положения пациента во время процедуры вновь настроить резонанс.

- ***8.Дезинфекция:***

Дезинфекцию наружных поверхностей аппарата, держателей электродов, электродов проводить 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 г моющего средства или дез.средством.

- ***9.Указание условий пересмотра СОП***

Пересмотр СОП осуществляется 1раз в 3 года или появлении новых требований.

- ***Нормативные ссылки***

1. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15.08.2020 года № 175/2020 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»;
2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года №111 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций»;
3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № КР ДСМ-116/2020 « Об утверждении Правил оказания медицинской реабилитации»

Лист регистрации изменений

№	№ раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение	Дата внесения изменения	ФИО лица, внесшего изменения

Запрещается несанкционированное

Лист ознакомления

№	Фамилия И.О.	Должность	Дата	Подпись
1	Шоныбек Г	мед. с	4.01.2024.	[illegible]
2	Арсембаева Н.С	мед. сестра	4.01.2024	[illegible]
3.	Тохайбек А	мед. сестра	04.01.2024	[illegible]
4	Кампанкулова Б	медсестра	04.01.2024	[illegible]
5.	Иркитова А	акушер	04.01.2024	[illegible]
6	Дубовенко О.К	оп. чел	04.01.2024	[illegible]
7	Умирбаева А.В	уч м/с	04.01.2024	[illegible]
8	Жаракулова Д.Т	ст. м/с.	04.01.2024.	[illegible]
9	Орачбаев С.А	Гигиенист	4.01.2024	[illegible]
10	Аблаева Г.Е	стоматолог	04.01.2024	[illegible]
11.	Абдрасилова Н	стом. м/с	04.01.24	[illegible]
12	Отамева А.О	стоматолог	04.01.24	[illegible]
13	Коршибаева С.И	стом зуб врач	04.01.24	[illegible]
14	Жаппарова М.	стом м/с	04.01.24	[illegible]
15.	Атилбеков Ч	Стом. вр	04.01.24	[illegible]
16	Есимбаева А.А	стом. ст м/с	04.01.2024	[illegible]
17	Саурбаев А.Н.	стоматолог	04.01.2024	[illegible]
18.	Шоныбек Г.К	КЗР м/с	04.01.2024	[illegible]
19.	Кизбаева А.Н	Мед. сестра	04.01.2024	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	04.01.2024	[illegible]
21	Курмибай Б.Т	терапевт	04.01.2024	[illegible]
22	Исанова Р.К	мед сестра	04.01.2024	[illegible]
23	Камматаева Ж	медбикс	04.01.2024	[illegible]
24	Жарылова А	Медбикс	04.01.2024	[illegible]
25	Нуртамова Н	Мужчина	04.01.2024	[illegible]
26	Чинибекова С	м/с	04.01.24	[illegible]

Запрещается несанкционированное ксерокопирование документа

Лист ознакомления

№	Фамилия И.О.	Должность	Дата	Подпись