




<b>Наименование структурного подразделения:</b>	Отделение специализированной помощи		
<b>Названия документа:</b>	СОП «Исследование поля зрения»		
<b>Утвержден:</b>	Руководитель ГКП на ПХВ «ЛГП» Чалкаров А.Б.		
<b>Дата утверждения:</b>			
<b>Разработчик:</b>	<i>Должность</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Подпись</i>
	Заведующий отделение	Садыков Г.Б.	
	Офтальмолог врачи	Османов Р.Г.	
<b>Согласовано:</b>	Заместитель гл.врача по лечебному делу	Анаркулова У.О.	
	Заместитель гл.врача по контролю качества мед.услуг	Рысбаев С.Т.	
	Врач эксперт		
<b>Дата согласования:</b>	04.01.2024г		
<b>Дата введения в действие</b>	04.01.2024г		
<b>Версия №</b>	<b>Копия №</b> _____	04 /01 _____ / 2024г. Ф.И.О. _____ Подпись _____	

Дата последнего пересмотра « 04 » « 01 » 2024г  
Дата следующего пересмотра « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 2027г



	ГКП на ПХВ "Ленгерская городская поликлиника" УЗ Туркестанской области	Тип документа: СОП	
		Система менеджмента качества	Версия: 1

## Стандарт операционных процедур Исследования поля зрения

**Периком** - Предназначен для выявления патологий полей зрения при глаукомах (в том числе начальных), заболеваний сетчатки (тромбоз, дистрофия в начальных фазах, диабетическая и гипертоническая патологий зрительного нерва, ангиоретинопатия), а также патологий зрительного нерва

### 1. Ресурсы:

- 1) Антисептическое мыло и кожный антисептик для обработки рук.
- 2) Периком аппарат

### 2. Определения: диагностировать заболевания зрительных нервов сетчатки.

Прибор рекомендован для ведения пациентов с глаукомой, дистрофией, тромбозами и окклюзиями сетчатки, а также рядом других патологических отклонений в функционировании органов зрения. Демонстрирует высокую точность при определении поля зрения.

### 3. Документирование


- медицинская карта амбулаторного больного форма 025/у
- выписка из амбулаторной карты форма 027/у
- медицинское заключение 071/у

### 4. Основная часть процедуры

1. Пациента усаживают перед прибором (компьютерным периметром).
2. Обследуемому предлагают сфокусировать взгляд на определенном объекте, отображающемся в момент проведения обследования на мониторе.
3. Пациент видит на экране различные метки, которые находятся в хаотичном движении.
4. При фиксации взглядом объекта, пациенту требуется нажать кнопку
5. После окончания процедур, специалист распечатает бланк с результатами проверки. На основании эти данных врач имеет возможность составить картину особенностей зрения пациента
5. Описанная процедура проводится по одной и той же схеме изменением скорости направлений и цветов объектов. При необходимости, спустя время процедуру можно повторить.
6. Компьютерная периметрия абсолютно не вредна и не доставляет не каких неприятных ощущений
7. Проводить такое обследование можно не ограничение количество раз, ровно столько сколько требуется для объективной оценки особенностей периферического зрения пациента

**5. Расшифровка результатов:** Результаты проведения означенного вида исследования нуждается в расшифровка. Все показатели в ходе обследования заносятся в специальный бланк. После этого специалист проводит подробную оценку результатов и дает заключение качестве зрения пациента



	ГКП на ПХВ <b>"Ленгерская городская поликлиника"</b> УЗ Туркестанской области	Тип документа: СОП	
		Система менеджмента качества	Версия: 1

На патолога могут указывать следующие моменты:

1. Выпадение зрительной функции из некоторых участков поля зрения. Если таких выпадений больше определенной нормы, то скорее всего присутствует нарушение:
2. Обнаружение скотом определенного состояния может указывать на наличие глаукомы.
3. Спектральное, центрическое или двухстороннее сужения зрения может говорить о серьезной патологии зрительной функции глаза.

Нормой при проведении статической периметрии считаются следующие показатели:

3) Для белого поля кверху - 55 градусов, кверху снаружи - 65 градусов.

Кнаружи - 90 градусов, к низу кнаружи - 90, к низу - 70 градусов, с внутри - 45 градусов, внутри 55 градусов, верху внутри 0 градус

Цветные поля зрения кнаружи на зеленый - 30 градусов, на красный - 50 градусов, на синий 70 градусов, кнутри - 30, 40, 50 градусов, к низу и кверху - 30, 40, 50 градусов.

**6.Примечания:** если пациента есть линза, линзу снять.

**7.Обработка аппарата:** Наружные поверхности прибор устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21™ 2 3%-ным раствором перенеси водорода с добавлением 0.5% -нога раствора, моющего средств

**8. Указание условия пересмотра СОП:** Пересмотр СОП проводится 1 раз в 3 года или при появлении новых требований.

**9. Нормативные ссылки:**

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» № ҚР ДСМ-175/2020;

-Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» «№ ҚР ДСМ – 111.

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № «Об утверждении «Правил оказания первичной медико-санитарной помощи» ҚР ДСМ-90.

**Лист регистрации изменений**

№	№ раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение	Дата внесения изменения	ФИО лица, внесшего изменения





Лист ознакомления

№	Фамилия И.О.	Должность	Дата	Подпись
1	Шонобаев Г	м.р.с	04.01.2024	
2	Ахмедбаев С.С	мед.сестра	04.01.2024	
3	Тотайбева А	мед.сестра	04.01.2024	
4	Кампанурская	мед.сестра	04.01.2024	
5	Ирмистова А	анушёр	04.01.2024	
6	Дуболенко О.И	м.р.с	04.01.2024	
7	Вашурова А.А	уч. м/с	04.01.2024	
8	Жаракметов Р.Т	ст. м.р.с	04.01.2024	
9	Сардобаев С.А	Техник	04.01.2024	
10	Абдиева Г.Э	стоматолог	04.01.2024	
11	Абдусамиев М	ст. м.р.с	04.01.24	
12	Обташева А.О	стоматолог	04.01.24	
13	Торшбаева С.И	ст. м.р.с	04.01.24	
14	Жанпарова М.	ст. м.р.с	04.01.24	
15	Арибаев Б	ст. м.р.с	04.01.24	
16	Сембаева А.А	ст. м.р.с	04.01.2024	
17	Сафрбаев А.А	стоматолог	04.02.2024	
18	Шонобаев М.К	к.р.с м/с	04.01.2024	
19	Камбаров А.И	м.р.сестра	04.01.2024	
20	Мухамедов Г.И	м.р.сестра	04.01.2024	
21	Курманов Б.Т	терапевт	04.01.2024	
22	Алимова Р.К	мед.сестра	04.01.2024	
23	Алиметова М	мед.сестра	04.01.2024	
24	Жаромова Ф	мед.сестра	04.01.2024	
25	Курманов И	анушёр	04.01.2024	
26	Жанбекова С	м.р.с	04.01.2024	



